

# 恒温槽雰囲気における引張試験


## 試験機の仕様

- 試験機メーカー / 型式：島津製作所製 AG-300kNXplus
- 容量：300kN
- 引張速度：0.0005～500mm/min
- ビデオ式非接触伸び計：TRViewX 500D
- 測定精度：JIS 1級相当 ( $\pm 1\%$ ) ※ $3\mu\text{m}$ 以上の範囲において
- 測定可能範囲：最大500mmまで
- 二次冷凍機式恒温槽：TCR2W
- 温度範囲：-60～250°C

## 試験例

試験温度：150°C

試験片形状：JIS Z2241 13B号試験片



〈応力－ビデオひずみ線図（150°C）〉



### ▼お問い合わせ先はこちら

評価技術に関するご質問・ご相談はWebのお問い合わせフォームまで

<https://jtla.co.jp/contact/01/>